

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО
Директор ФГУП "УНИИМ"
В.В.Леонов
"22" мая 2002 г.

Стандартный образец состава этилового эфира
уксусной кислоты (СО ТВВ-3)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер ГСО 8114-2002

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: Техническое задание, утвержденное 10.12.2001.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Градуировка газовых хроматографов и фотоэлектро-
колориметров при определении содержания токсичных микропримесей в водках и спирте этиловом;
контроль погрешности методик выполнения измерений содержания токсичных микропримесей в
водках и спирте этиловом; аттестация методик выполнения измерений.
Область применения – испытания пищевой продукции.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГСО:
ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ 5363-93.

ОПИСАНИЕ: Материал ГСО представляет собой этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат). Ма-
териал расфасован в запайные стеклянные ампулы по 10 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика СО	Интервал допускаемых аттестованных значений СО	Границы допускаемой абсолютной погрешности при P=0,95
Массовая доля этилового эфира уксусной кислоты (этилацетата)	Свыше 98 %	± 2,0 %

Срок годности экземпляра ГСО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ ГСО:

ГНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии"
(ВНИИПБТ)
109033, Москва, Самокатная ул., 4б

ФГУП "Уральский научно-исследовательский институт метрологии" (УНИИМ)
620219, Екатеринбург, Красноармейская, 4

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГСО:

ГНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии"
(ВНИИПБТ)
109033, Москва, ул. Самокатная, 4-б

Директор ГНУ "ВНИИПБТ"

В.А.Поляков

Зам. директор ФГУП "УНИИМ"

И.Е.Добровинский



27.03.02