


ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



Стандартный образец состава метилового спирта  
(СО ТВВ-4)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер ГСО 8115-2002

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: Техническое задание, утвержденное 10.12.2001.  
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Градуировка газовых хроматографов и фотоэлектро-  
колориметров при определении содержания токсичных микропримесей в водках и спирте этиловом;  
контроль погрешности методик выполнения измерений содержания токсичных микропримесей в  
водках и спирте этиловом; аттестация методик выполнения измерений.  
Область применения – испытания пищевой продукции.  
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГСО:  
ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ 5363-93.  
ОПИСАНИЕ: Материал ГСО представляет собой метиловый спирт (метанол). Материал расфасован в  
запаянные стеклянные ампулы по 10 см<sup>3</sup>.  
НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Аттестуемая характеристика СО                 | Интервал допускаемых<br>аттестованных значений СО | Границы допускаемой<br>абсолютной погрешности<br>при Р=0,95 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Массовая доля метилового спирта<br>(метанола) | Свыше 98 %                                        | ± 2,0 %                                                     |

Срок годности экземпляра ГСО: 5 лет.  
РАЗРАБОТЧИКИ ГСО:  
ГНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии"  
(ВНИИПБТ)  
109033, Москва, Самокатная ул., 4б  
ФГУП "Уральский научно-исследовательский институт метрологии" (УНИИМ)  
620219, Екатеринбург, Красноармейская, 4  
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГСО:  
ГНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии"  
(ВНИИПБТ)  
109033, Москва, ул. Самокатная, 4-б  
Директор ГНУ "ВНИИПБТ"

Зам. директор ФГУП "УНИИМ"



М.П.

В.А.Поляков  
И.Е.Добровинский

20.05.02