

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 10-70/13-70

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО СОСТАВА СПЛАВОВ ТИПА Н41ХТ, Н43ХТ (комплект 96)

Назначение СО:

СО предназначены для спектрального анализа сплавов прецизионных типов Н41ХТ, Н43ХТ ГОСТ ТУ МУ МОС 7137-61.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.05.1990

Описание СО:

материалом СО является прецизионный сплав типов Н41ХТ, Н43ХТ. Комплект состоит из 4 СО, упакованных в коробку поэкземплярно.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Mn	1.13	%	0.01	A
02	Mn	0.687	%	0.004	A
03	Mn	0.429	%	0.003	A

04	Mn	0.307	%	0.001	A
01	Si	1.22	%	0.01	A
02	Si	0.685	%	0.005	A
03	Si	0.399	%	0.004	A
04	Si	0.266	%	0.002	A
01	Cr	3.74	%	0.01	A
02	Cr	4.74	%	0.01	A
03	Cr	5.92	%	0.01	A
04	Cr	7.21	%	0.01	A
01	Ti	4.18	%	0.01	A
02	Ti	3.47	%	0.01	A
03	Ti	2.49	%	0.01	A
04	Ti	2.01	%	0.01	A
01	Al	0.405	%	0.003	A
02	Al	0.447	%	0.006	A
03	Al	0.694	%	0.004	A
04	Al	1.15	%	0.01	A
01	Ni	(42.2)	%		
02	Ni	(42.2)	%		
03	Ni	(43.2)	%		
04	Ni	(43)	%		

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.