

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 61-70

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ХРОМОВАНАДИЕВОЙ (124-д)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава стали хромованадиевой марки 50ХФА по ГОСТ 1050-60.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.10.1990

Описание СО:

материалом СО является сталь хромованадиевая марки 50ХФА по ГОСТ 1050-60. СО расфасован в склянки, снабженные этикетками.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
124-д	C	0.523	%	0.005	A
124-д	Mn	0.457	%	0.004	A
124-д	Si	0.242	%	0.004	A

124-д	P	0.016	%	0.001	A
124-д	S	0.010	%	0.001	A
124-д	Cr	0.999	%	0.003	A
124-д	Ni	0.101	%	0.001	A
124-д	V	0.207	%	0.002	A
124-д	Cu	0.132	%	0.002	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.