

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 69-71

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СИЛИКОМАРГАНЦА (176-а)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава силикомарганца 20 по ГОСТ 4756-49 (СТ СЭВ 3474-81).

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.11.1990

Описание СО:

материалом СО является силикомарганец 20 по ГОСТ 4756-49. СО расфасован в склянки с плотно закрывающимися крышками

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
176-а	Si	22.43	%	0.06	A
176-а	Mn	69.64	%	0.06	A
176-а	C	0.466	%	0.009	A

176-a	P	0.329	%	0.004	A
-------	---	-------	---	-------	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** A - абсолютная, O - относительная.