

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 70-71/73-71

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛЕЙ ТИПА ЭИ-984 (комплект 114)

Назначение СО:

СО предназначены для спектрального анализа стали типа ЭИ-984 по ТУ-10-61 завода "Электросталь".

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.10.1990

Описание СО:

материалом СО является сталь типа ЭИ-984 по ТУ-10-61. Комплект включает 4 СО, упакованных поэкземплярно.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	С	(0.07)	%		
02	С	(0.07)	%		
03	С	(0.10)	%		

04	C	(0.10)	%		
02	Mn	1.11	%	0.01	A
01	Si	0.060	%	0.002	A
02	Si	0.227	%	0.003	A
03	Si	0.460	%	0.006	A
04	Si	0.612	%	0.013	A
01	Mn	1.34	%	0.01	A
03	Mn	0.906	%	0.007	A
04	Mn	0.693	%	0.010	A
01	Cr	0.901	%	0.006	A
02	Cr	0.677	%	0.010	A
03	Cr	0.470	%	0.007	A
04	Cr	0.310	%	0.007	A
01	Ni	1.50	%	0.01	A
02	Ni	1.81	%	0.01	A
03	Ni	2.16	%	0.02	A
04	Ni	2.52	%	0.01	A
01	Mo	0.288	%	0.012	A
02	Mo	0.449	%	0.011	A
03	Mo	0.594	%	0.009	A
04	Mo	0.785	%	0.013	A
01	Ti	0.063	%	0.003	A
02	Ti	0.134	%	0.007	A
03	Ti	0.101	%	0.004	A
04	Ti	0.052	%	0.005	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.