

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 74-71

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ КОНСТРУКЦИОННОЙ
Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава стали марки 30Х2НВФА по ГОСТ 4543-61.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.11.1990

Описание СО:

материалом СО является сталь марки 30Х2НВФА по ГОСТ 4543-61. СО расфасован в склянки с плотно закрывающимися крышками

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	C	0.326	%	0.004	A
01	Mn	0.477	%	0.005	A
01	Si	0.366	%	0.005	A

01	P	0.016	%	0.001	A
01	S	0.0080	%	0.0008	A
01	Cr	1.69	%	0.01	A
01	Ni	1.57	%	0.01	A
01	Cu	0.149	%	0.004	A
01	W	1.49	%	0.03	A
01	V	0.222	%	0.004	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.