

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 76-71

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ХРОМОНИКЕЛЕВОЙ (134-в)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава стали марки Х23Н13 по ГОСТ 5632-61.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.11.1990

Описание СО:

материалом СО является сталь высоколегированная жаростойкая марки Х23Н13 по ГОСТ 5632-61. СО расфасован в склянки, снабженные этикетками.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
134-в	C	0.102	%	0.005	A
134-в	Mn	1.51	%	0.01	A
134-в	Si	0.556	%	0.006	A

134-В	P	0.015	%	0.001	A
134-В	S	0.0088	%	0.0005	A
134-В	Cr	23.09	%	0.03	A
134-В	Ni	13.16	%	0.04	A
134-В	Cu	0.093	%	0.004	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.