

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 77-71

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СПЛАВА ПРЕЦИЗИОННОГО (319-а)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава стали марки 74НМД по ГОСТ 10994-64.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.10.1980

Описание СО:

материалом СО является сплав прецизионный марки 74НМД по ГОСТ 10994-64. СО расфасован в склянки с плотно закрывающимися крышками

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
319-а	C	0.007	%	0.001	A
319-а	Mn	0.853	%	0.007	A
319-а	Si	0.226	%	0.005	A

319-a	P	0.0033	%	0.0005	A
319-a	S	0.0048	%	0.0003	A
319-a	Ni	75.61	%	0.08	A
319-a	Mo	3.74	%	0.01	A
319-a	Cu	8.45	%	0.04	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.