

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 89-71/92-71

Количество СО в комплекте: 4

**Наименование СО:** СО ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА В  
ТИТАНОВОМ СПЛАВЕ ВТ-14 (комплект 72-б)

**Назначение СО:**

СО предназначены для спектрального анализа титанового сплава типа ВТ-14 и технического титана типа ВТ-1-1 по МТУ 388-68.

**Номер свидетельства (сертификата):**

Действителен до: 01.04.1981

**Описание СО:**

материалом СО является титановый сплав типа ВТ-14 и ВТ-1-1 по МТУ 388-68. СО включает 4 СО, расфасованных поэкземплярно.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**  
ВНИИСО

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**  
содержание водорода, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Н	0.0020	%	0.0002	А
02	Н	0.012	%	0.001	А

03	Н	0.022	%	0.002	А
04	Н	0.007	%	0.001	А

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.