

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 93-71

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ФЕРРОСИЛИЦИЯ (37-д)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава ферросилиция марки СИ-45 по ГОСТ 1415-61.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.12.1980

Описание СО:

материалом СО является ферросилиций марки СИ-45 по ГОСТ 1415-61. СО расфасован в склянки с плотно закрывающимися крышками

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
37-д	Si	45.44	%	0.05	A
37-д	Mn	0.329	%	0.004	A
37-д	S	0.0038	%	0.0006	A

37-д	P	0.041	%	0.001	A
37-д	Al	0.863	%	0.016	A
37-д	C	0.048	%	0.002	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** A - абсолютная, O - относительная.