

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 138-71

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СТАЛИ АВТОМАТНОЙ (85-к)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава стали марки А12 (ГОСТ 1414-54).

**Номер свидетельства (сертификата):**

Действителен до: 01.04.1991

**Описание СО:**

материалом СО является углеродистая сталь марки А12 по ГОСТ 1414-54.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ВНИИСО

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
85-к	С	0.134	%	0.004	А
85-к	Mn	0.825	%	0.004	А
85-к	Si	0.245	%	0.005	А
85-к	P	0.089	%	0.001	А

85-к	S	0.107	%	0.003	A
------	---	-------	---	-------	---

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.