

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 153-71

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ИЗВЕСТНЯКА (59-д)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава известняка (ЧМТУ 10196-57)

**Номер свидетельства (сертификата):**

Действителен до: 01.06.1981

**Описание СО:**

материалом СО является известняк (ЧМТУ 10196-57). СО расфасован в склянки с плотно закрывающимися крышками

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ВНИИСО

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
59-д	SiO <sub>2</sub>	0.207	%	0.005	A
59-д	Ca	55.34	%	0.07	A
59-д	MgO	0.504	%	0.016	A

59-д	S	0.0039	%	0.0006	A
59-д	P	0.012	%	0.001	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.