

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 171-71

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ФЕРРОСИЛИКОКАЛЬЦИЯ (332)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава ферросиликокальция (ЧМТУ 5-15-69) в соответствии с ГОСТ 14858-69, ГОСТ 14858.3-69 - ГОСТ 14858.7-69.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.09.1981

Описание СО:

материалом СО является ферросиликокальций (ЧМТУ 5-15-69). СО расфасован в склянки с плотно закрывающимися крышками

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
332	Ca	21.54	%	0.11	A
332	Si	54.54	%	0.12	A

332	P	0.015	%	0.016	A
332	C	0.198	%	0.001	A
332	Al	0.547	%	0.014	A
332	Fe	20.71	%	0.06	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.