

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 21.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 251-72

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ (348)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава стали низколегированной марки 20Г (ГОСТ 1050-60).

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.05.1992

Описание СО:

материалом СО является сталь низколегированная марки 20Г (ГОСТ 1050-60). СО расфасован в склянки с плотно закрывающимися крышками.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
348	Mn	0.950	%	0.005	A
348	Si	0.311	%	0.005	A
348	P	0.018	%	0.0004	A

348	S	0.010	%	0.001	A
348	Cr	0.143	%	0.003	A
348	Ni	0.148	%	0.003	A
348	Cu	0.168	%	0.002	A
348	C	0.247	%	0.006	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.