

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 301-73

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ШЛАКА ДОМЕННОГО (267-б)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава шлака доменного.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.09.1982

Описание СО:

материалом СО является шлак доменный. СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки по 100 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
267-б	SiO ₂	35.04	%	0.09	А
267-б	Al ₂ O ₃	14.98	%	0.08	А
267-б	CaO	39.77	%	0.14	А

267-6	MgO	6.20	%	0.06	A
267-6	MnO	1.10	%	0.01	A
267-6	S	0.763	%	0.012	A
267-6	Fe общ.	0.422	%	0.012	A
267-6	TiO2	0.968	%	0.013	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.