

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 320-73

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ АВТОМАТНОЙ (334)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава стали автоматной марки А-12 (ГОСТ 1414-54).

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.12.1982

Описание СО:

материалом СО является сталь автоматная марки А-12 (ГОСТ 1414-54). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 300 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
334	C	0.132	%	0.003	A
334	Mn	0.826	%	0.004	A
334	Si	0.244	%	0.003	A

334	P	0.089	%	0.001	A
334	S	0.105	%	0.002	A
334	Cr	0.113	%	0.003	A
334	Ni	0.099	%	0.003	A
334	V	0.005	%	0.001	A
334	N	0.005	%	0.001	A
334	Cu	0.063	%	0.005	A
334	Ti	0.0015	%	0.0003	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.