

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 345-73

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ФЕРРОСИЛИЦИЯ (36-г)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава ферросилиция марки ФС75 (ГОСТ 1415-70).

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.12.1982

Описание СО:

материалом СО является ферросилиций марки ФС75 (ГОСТ 1415-70). СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки по 200 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
36-г	C	0.041	%	0.002	A
36-г	Mn	0.118	%	0.003	A
36-г	Si	73.05	%	0.08	A

36-г	P	0.020	%	0.001	A
36-г	S	0.004	%	0.001	A
36-г	Cr	0.104	%	0.003	A
36-г	Ni	0.056	%	0.002	A
36-г	Cu	0.055	%	0.004	A
36-г	Al	1.82	%	0.03	A
36-г	Ca	0.585	%	0.017	A
36-г	Zn	0.002	%	0.001	A
36-г	Ti	0.099	%	0.004	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.