

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 411-73/415-73

Количество СО в комплекте: 5

Наименование СО: СО СОСТАВА ЧУГУНА ЛИТЕЙНОГО (комплект 19-в)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки спектральной аппаратуры и контроля точности результатов измерений состава чугуна литейного (ГОСТ 4832-58).

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.06.1993

Описание СО:

материалом СО является чугун литейный (ГОСТ 4832-58). СО изготовлены в виде цилиндров диаметром 35 мм и высотой 37 мм. Комплект включает 5 СО, упакованных поэкземплярно.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Mn	1.30	%	0.01	A
02	Mn	1.30	%	0.01	A

03	Mn	0.649	%	0.006	A
04	Mn	0.547	%	0.004	A
05	Mn	0.858	%	0.005	A
01	Si	3.84	%	0.01	A
02	Si	3.18	%	0.02	A
03	Si	1.88	%	0.01	A
04	Si	1.36	%	0.01	A
05	Si	1.16	%	0.01	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.