

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 416-73

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ (СГ-2)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля приборов, основанных на методе вакуум-плавания, при определении кислорода и азота в хромоникелевых и других сталях. Допускается применение СО для контроля других методов анализа, если указанная погрешность аттестации незначима по сравнению с погрешностью контролируемого метода анализа.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.10.1987

Описание СО:

материалом СО является сталь высоколегированная. СО изготовлен в виде стержней диаметром 10, длиной 250 мм.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

УралНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
	О	0.0139	%	0.0005	А

	N	0.0329	%	0.0005	A
--	---	--------	---	--------	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.