

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 432-73/435-73

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ТИПА Р6М3, Р6М5 (комплект 126)

Назначение СО:

СО предназначены для спектрального анализа стали типа Р6М3, Р6М5 (ГОСТ 5952-63, ЧМТУ 1-865-70).

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.09.1993

Описание СО:

материалом СО является сталь типа Р6М3, Р6М5 (ГОСТ 5952-63, ЧМТУ 1-865-70).
СО изготовлены в виде цилиндров диаметром 39 мм и высотой 28 мм. Комплект включает 4 СО, упакованных поэкземплярно.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	С	(0.74)	%		
02	С	(0.80)	%		

03	C	(0.81)	%		
04	C	(0.87)	%		
01	Mn	0.612	%	0.009	A
02	Mn	0.332	%	0.004	A
03	Mn	0.210	%	0.003	A
04	Mn	0.107	%	0.004	A
01	Si	0.106	%	0.005	A
02	Si	0.261	%	0.007	A
03	Si	0.339	%	0.011	A
04	Si	0.458	%	0.012	A
01	Cr	5.32	%	0.02	A
02	Cr	4.31	%	0.02	A
03	Cr	3.33	%	0.03	A
04	Cr	2.33	%	0.03	A
01	Ni	0.209	%	0.005	A
02	Ni	0.255	%	0.006	A
03	Ni	0.131	%	0.007	A
04	Ni	0.042	%	0.003	A
01	W	4.61	%	0.04	A
02	W	5.82	%	0.04	A
03	W	6.80	%	0.05	A
04	W	7.77	%	0.05	A
01	Mo	2.28	%	0.02	A
02	Mo	(3.38)	%	0.04	A
03	Mo	4.86	%	0.02	A
04	Mo	5.72	%	0.04	A
01	V	3.60	%	0.04	A
02	V	2.94	%	0.003	A
03	V	2.08	%	0.03	A
04	V	1.39	%	0.01	A
01	Co	0.01	%	0.002	A
02	Co	0.279	%	0.020	A
03	Co	0.406	%	0.011	A
04	Co	0.593	%	0.023	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.