

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 447-73

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ЭЛЕКТРОВАКУУМНОГО СТЕКЛА С-48-2

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов химических анализов электровакуумного стекла состава С-48-2 (нормаль НПО 027.600).

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.12.1983

Описание СО:

СО представляет собой электровакуумное стекло марки С-48-2. СО изготовлен в виде стержней диаметром 5 мм, длиной 80 мм.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НИИЭС

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Mn2O3	0.54	%	0.03	A
01	K2O	4.32	%	0.11	A
01	Na2O	3.19	%	0.12	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.