

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.02.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 448-73

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ЭЛЕКТРОВАКУУМНОГО СТЕКЛА С-48-3

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов химических анализов электровакуумного стекла состава С-48-3 (нормаль НПО 027.600).

**Номер свидетельства (сертификата):**

Действителен до: 01.12.1983

**Описание СО:**

СО представляет собой электровакуумное стекло марки С-48-3. СО изготовлен в виде стержней диаметром 5 мм, длиной 80 мм.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

НИИЭС

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание компонентов, %

| Индекс<br>СО | Аттестованная<br>характеристика | Аттестованное<br>значение | Единица<br>величины | Границы<br>погрешности<br>$\pm\Delta^*$ | *** |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----|
| 01           | ZnO                             | 6.3                       | %                   | 0.2                                     | A   |
| 01           | BaO                             | 7.41                      | %                   | 0.13                                    | A   |
| 01           | CaO                             | 12.73                     | %                   | 0.10                                    | A   |

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.