

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 449-73

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ЭЛЕКТРОВАКУУМНОГО СТЕКЛА С-90-1

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов химических анализов электровакуумного стекла состава С-90-1 (нормаль НПО 027.600).

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.12.1983

Описание СО:

СО представляет собой электровакуумное стекло марки С-90-1. СО изготовлен в виде стержней диаметром 5 мм, длиной 80 мм.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НИИЭС

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	MgO	3.43	%	0.08	A
01	BaO	4.94	%	0.07	A
01	K ₂ O	4.20	%	0.08	A

01	Na ₂ O	12.43	%	0.20	A
01	CaO	5.70	%	0.09	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.