

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 26.02.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 517-74

Количество СО в комплекте: 2

**Наименование СО:** СО СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ И НАТРИЯ ТЕТРАБОРНОКИСЛОГО  
ДЛЯ ПОВЕРКИ ЛАБОРАТОРНЫХ ТИТРАТОРОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

**Назначение СО:**

СО предназначены для метрологической аттестации лабораторных титраторов общего назначения на реакции нейтрализации при проведении государственных приемочных и контрольных испытаний.

**Номер свидетельства (сертификата):**

Действителен до: 01.06.1984

**Описание СО:**

СО состоит из двух запаянных стеклянных ампул поверочного фиксаналя: соляной кислоты и тетраборнокислого натрия.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

Свердловский ф-л ВНИИМ им.Д.И.Менделеева

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** расчетно-экспериментальный

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

объем натрия тетраборнокислого, израсходованный на достижение точки эквивалентности при титровании, мл

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

	Объем		10.00	мл	0.02	А
--	-------	--	-------	----	------	---

\* при доверительной вероятности 0.99

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.