

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 26.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 561-74

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО ЭФФЕКТИВНОЙ МАГНИТНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ И
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ДОБРОТНОСТИ КАРБОНИЛЬНОГО ЖЕЛЕЗА МАРКИ Р-20

Назначение СО:

СО предназначен для контроля измерений свойств карбонильного железа марки Р-20 и калибровки измерителей добротности по ГОСТ 13610-68.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.09.1984

Описание СО:

СО изготовлен из карбонильного железа марки Р-20 в виде цилиндров диаметром 9 мм и высотой 19 мм.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
СНИИМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: ежегодная переаттестация

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

относительная добротность, отн.ед.; эффективная магнитная проницаемость, отн.ед

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Магнитная		2.17	отн .ед.	1.5	О

	добротность					
01	Эффективная магнитная проницаемость		3.00	отн. ед.	1.5	О

* при доверительной вероятности 0.99

*** А - абсолютная, О - относительная.