

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 51-75

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ФЕРРОВАНАДИЯ (77-д)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава феррованадия.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.10.1984

Описание СО:

материалом СО является феррованадий. СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки по 175 г с плотно закрывающимися крышками.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
77-д	V	48.51	%	0.04	A
77-д	Mn	2.07	%	0.01	A
77-д	Si	1.37	%	0.02	A

77-д	P	0.086	%	0.01	A
77-д	S	0.027	%	0.001	A
77-д	Cr	1.75	%	0.01	A
77-д	Cu	0.24	%	0.003	A
77-д	C	0.45	%	0.001	A
77-д	As	0.015	%	0.01	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.