

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 665-75

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ (246-в)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава легированных конструкционных сталей (ГОСТ 4543-71).

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.11.1994

Описание СО:

материалом СО является легированная конструкционная сталь (ГОСТ 4543-71). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 200 г с плотно закрывающимися крышками.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
246-в	C	0.211	%	0.003	A
246-в	Mn	0.91	%	0.01	A

246-В	Si	0.241	%	0.004	A
246-В	P	0.014	%	0.001	A
246-В	S	0.019	%	0.001	A
246-В	Cr	0.52	%	0.01	A
246-В	Ni	0.60	%	0.01	A
246-В	Ti	0.045	%	0.002	A
246-В	Cu	0.162	%	0.003	A
246-В	B	0.0022	%	0.0001	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.