

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 681-75

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ВИСМУТО-МЕДНОГО КОНЦЕНТРАТА

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава концентрата висмута-медного и руды висмута-полиметаллической.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.11.1991

Описание СО:

СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки по 100 г с плотно закрывающимися крышками.

Страна изготовитель ГСО: Киргизская Республика

Изготовитель(и):

Киргизская РЛГН

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 2 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Bi	1.59	%	0.050	A
01	Pb	0.76	%	0.03	A
01	Zn	1.23	%	0.05	A

01	Cu	6.0	%	0.11	A
01	As	0.17	%	0.01	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.