

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 694-75

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ (245-в)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава легированной конструкционной стали ГОСТ 4543-71.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.03.1995

Описание СО:

материалом СО является легированная конструкционная сталь ГОСТ 4543-71. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 200 г с плотно закрывающимися крышками.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
245-в	Cu	0.136	%	0.003	A

245-В	C	0.287	%	0.003	A
245-В	Mn	0.562	%	0.004	A
245-В	Si	0.298	%	0.005	A
245-В	P	0.0215	%	0.0006	A
245-В	S	0.0060	%	0.0005	A
245-В	Cr	1.02	%	0.01	A
245-В	Ni	0.171	%	0.005	A
245-В	Mo	0.191	%	0.005	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.