

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 27.03.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1026-76/1029-76

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МАРГАНЦА В СТАЛЯХ, НЕ ЛЕГИРОВАННЫХ КОБАЛЬТОМ, ХРОМОМ И ВОЛЬФРАМОМ (серия 10С)

**Назначение СО:**

СО предназначены для аттестации стандартных образцов состава сталей, легированных кобальтом, хромом и вольфрамом, на содержание марганца

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.07.1996

**Описание СО:**

комплект включает 4 СО, материалом СО является сталь, легированная кобальтом, хромом и вольфрамом. СО изготовлены в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 100 мл с герметичной крышкой.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание марганца, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Mn	0.082	%	0.001	A

02	Mn	0.244	%	0.003	A
03	Mn	0.648	%	0.004	A
04	Mn	1.219	%	0.005	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.