

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 27.03.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1053-76

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ФЕРРОСИЛИЦИЯ (37е)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава ферросилиция (ГОСТ 1415-70).

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

Действителен до: 01.10.1996

**Описание СО:**

материалом СО является ферросилиций (ГОСТ 1415-70). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 100 мл с герметичной крышкой.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
37е	С	0.015	%	0.001	А
37е	Mn	0.338	%	0.004	А

37e	Si	46.5	%	0.1	A
37e	P	0.041	%	0.001	A
37e	S	0.0030	%	0.0004	A
37e	Cr	0.282	%	0.004	A
37e	Al	0.80	%	0.01	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.