

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1107-77/1111-77

Количество СО в комплекте: 5

**Наименование СО:** СО ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МОЛИБДЕНА В СТАЛЯХ, НЕ ЛЕГИРОВАННЫХ ВОЛЬФРАМОМ И ЛЕГИРОВАННЫХ ВАНАДИЕМ (серия 24С)

**Назначение СО:**

СО предназначены для аттестации содержания молибдена в стандартных образцах состава сталей, не легированных вольфрамом и легированных ванадием не более 3 %.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.12.1986

**Описание СО:**

комплект включает 5 СО, материалом СО является сталь, не легированная вольфрамом и легированная ванадием не более 3 %. СО изготовлены в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 100 мл с герметичной крышкой.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание молибдена, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
24С1	Мо	0.088	%	0.002	А

24C2	Mo	0.209	%	0.003	A
24C3	Mo	0.399	%	0.004	A
24C4	Mo	1.142	%	0.007	A
24C5	Mo	3.28	%	0.01	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* A - абсолютная, O - относительная.