ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

Homep Γ CO по Γ ocpeectry Γ CO: Γ CO 1135-77

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СВЕТОВОГО ВЫХОДА СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ ДЕТЕКТОРОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА

Назначение СО:

СО предназначен для использования в качестве СО 2-го разряда и применяется для передачи размера условной единицы светового выхода стандартным образцам 3-го разряда того же типа.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1996

Описание СО:

СО представляет собой сцинтилляционный детектор на основе полиметилметакрилата размерами: диаметр 40 мм, высота 40 мм без упаковки.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

НПО "Монокристаллреактив"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: ежегодная аттестация

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

световой выход, усл.ед.

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***	:
--------------	---------------------------------	-------------------	---------------------------	---------------------	------------------------------------	-----	---

_						
	01	Световой выход	0.182	усл. ед.	0.004	Α

^{*} при доверительной вероятности 0.95

^{***} А - абсолютная, О - относительная.