

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1157-77

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ПРОНИЦАЕМОСТИ (Поликор-1,00 мм) ДПП-4

Назначение СО:

СО предназначен для поверки и градуировки средств измерений диэлектрических параметров подложек.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.2002

Описание СО:

материалом СО является поликор-1,00 мм. СО изготовлены в виде пластинок размерами (48x60) мм, (24x60) мм, (24x30) мм

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

Сибирский ф-л ВНИИФТРИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

относительная диэлектрическая проницаемость, отн.ед.

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Относительная		8.91-10.89	отн. ед.	0.5	0

	диэлектрическая проницаемость					
01	Тангенс угла диэлектрических потерь		(6E-4-1E-4)			

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.