

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1166-77/1167-77

Количество СО в комплекте: 2

Наименование СО: СО ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МЕДИ В СТАЛЯХ,
ЛЕГИРОВАННЫХ ВОЛЬФРАМОМ, ТИТАНОМ И НИОБИЕМ (серия 23С)

Назначение СО:

СО предназначены для контроля точности результатов измерений меди в стандартных образцах состава сталей, легированных вольфрамом, титаном и ниобием.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1987

Описание СО:

комплект включает 2 СО, материалом СО является сталь, легированная вольфрамом, титаном и ниобием. СО изготовлены в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 100 мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание меди, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Cu	0.082	%	0.002	A

02	Cu	0.158	%	0.002	A
----	----	-------	---	-------	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.