

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1168-77/1169-77

Количество СО в комплекте: 2

Наименование СО: СО ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КОБАЛЬТА В СТАЛЯХ, НЕ ЛЕГИРОВАННЫХ ВОЛЬФРАМОМ И ЛЕГИРОВАННЫХ НИКЕЛЕМ БОЛЕЕ 8 % (серия 30С)

Назначение СО:

СО предназначены для контроля точности результатов измерений кобальта в стандартных образцах состава сталей, не легированных вольфрамом и легированных никелем более 8 %.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1987

Описание СО:

комплект включает 2 СО, материалом СО является сталь, не легированная вольфрамом и легированных никелем более 8 %. СО изготовлены в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 100 мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
содержание кобальта, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
-----------	------------------------------	------------------------	------------------	---------------------	-----

				$\pm\Delta^*$	
	Co	3.77	%	0.02	A
	Co	17.59	%	0.04	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** A - абсолютная, O - относительная.