

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1183-77

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СИЛИКОМАРГАНЦА (426)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава силикомарганца, выпускаемого по ГОСТ 47562-70 в соответствии с ГОСТ16591.1-71 - ГОСТ 16591.5-71

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.05.1997

Описание СО:

материалом СО является силикомарганец, выпускаемый по ГОСТ 47562-70. СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки емкостью 50-100 мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
426	Si	19.41	%	0.07	A

426	Mn	75.1	%	0.1	A
426	C	1.08	%	0.01	A
426	P	0.294	%	0.005	A
426	S	0.014	%	0.001	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.