

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1189-77

Количество СО в комплекте: 2

Наименование СО: СО ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ТИТРАТОРОВ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ (комплект)

Назначение СО:

СО предназначены для метрологической аттестации лабораторных титраторов общего назначения на комплексонометрической реакции при проведении государственных приемочных испытаний.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1982

Описание СО:

комплект состоит из двух стеклянных ампул. Ампула с металлическим цинком серебристого цвета и ампула трилона Б с кристаллическим порошком белого цвета.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

Свердловский ф-л ВНИИМ им.Д.И.Менделеева

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

объем раствора трилона Б, расходуемый на достижение точки эквивалентности при титровании раствора хлористого цинка, мл

| Индекс СО | Аттестованная характеристика | Влияющие величины | Аттестованное значение | Единица величины | Границы погрешности | *** |
|--------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-----|
|--------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-----|

| | | | | | | |
|--|-------|--|-------|----|---------------|---|
| | | | | | $\pm\Delta^*$ | |
| | Объем | | 10.00 | мл | 0.03 | А |

* при доверительной вероятности 0.99

*** А - абсолютная, О - относительная.