

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1190-77

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СПЛАВА ЮНДК35Т5 (ДЛЯ  
РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа сплава ЮНДК35Т5 (ГОСТ 17809-72) на аттестованные элементы.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.09.1987

**Описание СО:**

материалом СО является сплав ЮНДК35Т5 (ГОСТ 17809-72). СО изготовлен в виде болванки диаметром 38 мм и высотой 10 мм

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

КБ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАГНИТОВ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**  
содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Со	34.78	%	0.03	А
01	Ni	14.28	%	0.03	А

01	Al	7.00	%	0.03	A
01	Cu	3.49	%	0.02	A
01	Ti	4.29	%	0.03	A
01	Nb	1.05	%	0.03	A
01	C	0.019	%	0.001	A
01	S	0.080	%	0.002	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.