

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1243-77

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЧУГУНОВ, НЕ ЛЕГИРОВАННЫХ ХРОМОМ, НА СОДЕРЖАНИЕ МАРГАНЦА (серия 5Ч)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений марганца в стандартных образцах состава чугунов, не легированных хромом, выпускаемых по ГОСТ805-69, ГОСТ 4832-72.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.10.1997

Описание СО:

материалом СО является чугун, не легированный хромом, выпускаемый по ГОСТ805-69, ГОСТ 4832-72. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью (50-100) мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание марганца, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

5Ч1	Mn	0.372	%	0.003	A
-----	----	-------	---	-------	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.