

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1293-77

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО ДЛЯ АНАЛИЗА ВОД (СОВ-2)

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки аналитических приборов и контроля правильности результатов анализа вод на аттестованные элементы эмиссионным и атомно-абсорбционным методами.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1980

Описание СО:

СО представляет собой жидкость, помещенную в стеклянные ампулы емкостью (5-10) мл

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

ФХИ АН УКРАИНЫ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, мг/мл

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
СОВ-2	Hg	1.00	мг/мл	0.01	A
СОВ-2	V	1.00	мг/мл	0.01	A

COB-2	Sb	1.00	мг/мл	0.01	A
COB-2	Mo	1.00	мг/мл	0.01	A
COB-2	Mn	1.00	мг/мл	0.01	A
COB-2	Ti	2.00	мг/мл	0.02	A
COB-2	Sn	2.00	мг/мл	0.02	A
COB-2	Bi	2.00	мг/мл	0.02	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.