

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1296-78

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО ОТРАЖАЮЩИХ СВОЙСТВ (ПОЛИСТРОЛ)

Назначение СО:

СО предназначен для аттестации и поверки рабочих средств измерения коэффициента отражения.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.04.1980

Описание СО:

СО изготовлен из полистирола марки Т (ГОСТ 9440-60). СО представляет собой плоскопараллельные пластины со специальными утолщениями для закрепления в держателе. Отражающая плоскость (9x80) мм

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

СНИИМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 2 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

модуль коэффициента отражения электромагнитных волн (ЭМВ), отн.ед

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Модуль	по	13.6E-2:15.2E-	отн. ед.	2	О

	коэффициента отражения электромагнитных волн (ЭМВ)	напряж.эл.поля 14.4xE-2;при частоте 2288 МГц	2			
--	---	---	---	--	--	--

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.