

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1393-78

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО ДЕТЕКТОРА ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ДТС-0,01/1

Назначение СО:

СО предназначен для обеспечения правильности измерения экспозиционных доз гамма-излучения изотопов Co-60 и Cs-137 методами сравнения

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1981

Описание СО:

СО представляет собой прямоугольный параллелепипед размером (15x15x15) мм из силикатного стекла с добавками

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИФТРИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 3 года с послед. проверкой стаб-ти значений атт. хар-к во ВНИИФТРИ

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

приращение оптической плотности, отн. ед.; экспозиционная доза рентгеновского излучения, кР

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

01	Экспозиционная доза рентгеновского излучения		7.2 - 54.5	кР	10	О
01	Экспозиционная доза рентгеновского излучения		0.036 - 1.253	кР	10	О
01	Приращение оптической плотности		0.050 - 0.485	отн. ед.	10	О
01	Приращение оптической плотности		0.150 - 1.140	отн. ед.	10	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.