

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1394-78

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО ДЕТЕКТОРА ЭЛЕКТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ТИПА ДПП-2/10
Назначение СО:

СО предназначен для обеспечения точности измерений поглощенных доз электронного излучения с энергией от (0,3-3,0) МэВ в тканеэквивалентных системах.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1979

Описание СО:

СО представляет собой круг диаметром 7.5 мм, вырезанный из влагостойкой поляризационной дозиметрической пленки ДПП-2/10.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ВНИИФТРИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: периодичность аттестации 1 раз в год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

оптическая плотность пленки ДПП-2/10, отн. ед.

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Оптическая плотность	при поглощенной	0.4-10.2	отн. ед.	10	О

		дозе (1.9-10.2), Мрад				
--	--	--------------------------	--	--	--	--

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.