

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1497-78

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ МОЛИБДЕНА

Назначение СО:

СО предназначен для поверки и градуировки рабочих dilatометров (в интервале температур 1000 -2000 град. Цельсия).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1988

Описание СО:

СО изготовлен в виде цилиндров диаметром 10 мм, длиной 70 мм. Чистота материала СО находится в пределах 99.90 - 99.99 вес. %

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИН-Т ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

средний температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР), К-1

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Температурный	в интервале	6.058 - 7.181	К-1	0.9	О

	коэффициент	температур (1000-2000) град. Цельсия				
--	-------------	--	--	--	--	--

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.