

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 09.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1568-79/1571-79

Количество СО в комплекте: 4

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ЭТИЛОВОГО СПИРТА (комплект ИП-1, ИП-2, ИП-3, ИП-4)

**Назначение СО:**

СО предназначены для аттестации методик выполнения измерений, градуировки и поверки газохроматографической аппаратуры.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.06.1984

**Описание СО:**

СО изготовлены в виде водных растворов этилового спирта, расфасованных в запаиваемые ампулы по 10 мл. Комплект включает 4 СО, упакованных поэкземплярно.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**  
НИИ ХИМИИ ЛГУ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 5 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**  
содержание C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH в воде, мг/л

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности ±Δ*	***
ИП-1	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	757390	мг/л	300	А
ИП-2	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	637120	мг/л	320	А

ИП-3	C2H5OH	457000	мг/л	230	А
ИП-4	C2H5OH	239130	мг/л	120	А

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.