

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 09.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1624-79

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ РОДИЕВОГО ПОКРЫТИЯ
(комплект)

Назначение СО:

СО предназначены для поверки и градуировки радиоизотопных толщиномеров покрытий типа "Бетамикрометр-2"

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1981

Описание СО:

СО изготовлены в виде прямоугольных пластинок из латуни марки Л63, поставляется по 2 или 4 СО. Родиевое покрытие нанесено методом катодного восстановления. Рабочий участок ограничен кругом 4 мм. С

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

Свердловский ф-л ВНИИМ им.Д.И.Менделеева

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

поверхностная плотность покрытия, г/м²

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
-----------	------------------------------	-------------------	------------------------	------------------	-----------------------------------	-----

01	Поверхностная плотность покрытия		14.9	г/м2	1.3	A
02	Поверхностная плотность покрытия		22.4	г/м2	1.5	A
03	Поверхностная плотность покрытия		43.9	г/м2	3.0	A
04	Поверхностная плотность покрытия		64.4	г/м2	3.6	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** A - абсолютная, O - относительная.