

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 09.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1669-79/1670-79

Количество СО в комплекте: 2

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СПЛАВОВ НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ТИПОВ ХН62МВКЮ, ХН51ВМТЮКФР (серия 20Н)

**Назначение СО:**

СО предназначены для аттестации стандартных образцов состава сплавов на никелевой основе на содержание кобальта (ГОСТ 5632-72, ТУ 14-1-402-72 "Прутки из жаропрочных сплавов", МЧМ СССР).

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.10.1989

**Описание СО:**

комплект включает 2 СО, материалом СО является сплав на никелевой основе на содержание кобальта (ГОСТ 5632-72, ТУ 14-1-402-72 "Прутки из жаропрочных сплавов", МЧМ СССР). СО изготовлены в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 200 г - 300 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание кобальта, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----

				$\pm\Delta^*$	
20Н1	Со	5.40	%	0.02	А
20Н2	Со	15.07	%	0.04	А

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.