

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 09.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1690-79

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ЧУГУНА ЛИТЕЙНОГО ЛК6 (Ч4)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава чугуна типа ЛК6 (ГОСТ 4832-72) на аттестованные элементы.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

Действителен до: 01.12.1989

**Описание СО:**

материалом СО является чугун типа ЛК6 (ГОСТ 4832-72). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 150 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
Ч4	Si	1.27	%	0.01	A
Ч4	Mn	0.845	%	0.006	A

Ч4	S	0.014	%	0.001	A
Ч4	Cr	0.723	%	0.005	A
Ч4	Ni	0.544	%	0.006	A
Ч4	Cu	0.183	%	0.003	A
Ч4	P	0.194	%	0.002	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.